

Техническое задание

На оказание услуг по ремонту обслуживанию системы ультразвуковой диагностической Logiq Book XR в 2019 году для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тимашевск».

1. Место выполнения работ: 352702, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34.

2. Описание объекта закупки:

№ п/п	Наименование товара	Перечень работ	Ед. изм.	Объем	№ регистрационного удостоверения и год выпуска
1	Система ультразвуковая диагностическая Logiq Book XR	Замена разъема подключения датчика; Замена блока трекбола	усл.	1	ФС № 2004/1388 от 04.11.2004г. 2012г.в.

3. Требования к квалификации персонала Исполнителя:

3.1. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинского оборудования, указанным в объекте закупки. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).

3.2. При необходимости проведения опасных и специальных видов работ в отношении соответствующего оборудования Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ.

4. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:

4.1. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по ремонту медицинского оборудования, указанного в перечне медицинского оборудования, подлежащего ремонту.

4.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано. В случае ремонта медицинского оборудования, отнесенного к средствам измерений, исполнитель обязан сообщить Заказчику о необходимости или отсутствии необходимости поверки после ремонта.

4.3. Проверка технических параметров и настройка отремонтированного оборудования в соответствии с техническими требованиями, указанными в инструкции, выполняемая с применением сложного специального контрольно - измерительного оборудования в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения работ по ремонту указанном в перечне медицинской техники.

5. Требования к документации:

5.1. Ремонт оборудования включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию работоспособности оборудования, в том числе:

- работы по подготовке к ремонту;

- вскрытие частично или полностью неработоспособного оборудования его внутренний осмотр (в том числе при необходимости поблочная и поузловая разборка), поиск и устранение возникших повреждений в блоках или узлах с их последующей настройкой, замена рабочих жидкостей и не подлежащих восстановлению элементов;
- работы по устранению неисправностей и/или восстановление работоспособности в целом;
- замена запасных частей и расходных материалов, указанных в объекте закупки;
- проверка технических параметров и настройка отремонтированного оборудования в соответствии с техническими требованиями, указанными в инструкции, выполняемая с применением сложного специального контрольно - измерительного оборудования, или со значительными затратами, как на месте эксплуатации оборудования, так и на ремонтной базе Исполнителя.
- настройку параметров, регулировку оборудования, перепрограммирование;

6. Требования к обеспечению качества работ по ремонту медицинских изделий:

6.1. Наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485-2017.

6.2. Проведение ремонта должно осуществляться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя) в соответствии с разделом 7 настоящего Технического задания.

6.3. Все используемые запасные части и комплектующие (расходные материалы) должны быть новыми, т.е. не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление.

Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.

6.4. Гарантийные сроки:

- на работы по ремонту – не менее 4 месяцев;
- на установленные запасные части - не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

Гарантийный срок исчисляются с даты подписания акта выполненных работ Заказчиком.

7. Требования к организации и порядку проведения ремонтных работ медицинского оборудования:

7.1. Виды работ по контракту:

- замена разъема подключения датчика;
- замена блока трекбола.

При этом Исполнитель вправе осуществлять монтаж/демонтаж и наладку медицинского оборудования своими силами только при наличии соответствующего разрешения (лицензии) на вид деятельности: монтаж и наладка медицинской техники или привлекать для оказания данного вида деятельности соисполнителей из числа лиц, имеющих такое разрешение (лицензию) на указанный вид деятельности.

7.1.1. Работы по ремонту должны проводиться в согласованные с Заказчиком дни согласно эксплуатационной документации на медицинское оборудование, указанное в перечне медицинского оборудования, подлежащего ремонту.

7.1.2. Все используемые запасные части и комплектующие (расходные материалы) должны быть новыми, т.е. не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление.

7.1.3. Исполнитель производит доставку и установку необходимых для ремонта запасных частей в срок, необходимый для ремонта медицинского.

7.1.4. На установленные запасные части гарантийный срок должен составлять не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

7.1.5. Работы выполняются в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2013г. №469 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники;
- Технической и эксплуатационной документацией медицинской техники, при этом Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ремонта, указанной в перечне медицинской техники;
- иными нормами и правилами, установленным в РФ к данным видам работ.

7.1.6. Перечень выполняемых работ по ремонту медицинского оборудования указанного в объекте закупки:

- замена разъема подключения датчика;
- замена блока трекбола.

8. Обязанности Исполнителя и Заказчика в процессе выполнения работ:

8.1. Исполнитель обязан:

- Соблюдать при проведении работ правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, установленные у Заказчика, соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пропускной режим Заказчика.
- Оказывать помощь Заказчику в составлении актов-рекламаций на механизмы, вышедшие из строя в гарантийный срок по вине производителя оборудования или ремонтного предприятия.
- Составлять и представлять Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ, предписания и рекомендации в случае нарушения работниками Заказчика правил эксплуатации оборудования и техники безопасности.
- При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ремонта, устранить их безвозмездно в срок не более 10 календарных дней с момента поступления соответствующего обращения Заказчика.

8.2. Заказчик обязан:

- Назначить ответственных лиц за соблюдение правил эксплуатации оборудования, осуществление постоянного контроля за его техническим состоянием, проводить техническое обучение обслуживающего персонала правилам эксплуатации, техники безопасности и охраны труда, вести журналы технического обслуживания оборудования, обеспечение их сохранности в подразделениях (журнал должен храниться в доступном месте).

- обеспечить правильную эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями документации, не допускать к работе лиц, не имеющих специальной подготовки, не прошедших инструктаж по правилам эксплуатации оборудования и техники безопасности при работе с ним.

- обеспечить необходимые условия для проведения ремонтных работ в дни, согласованные с Исполнителем, обеспечить беспрепятственный доступ к оборудованию специалистов Исполнителя для выполнения работ, предусмотренных Контрактом, предоставить Исполнителю всю техническую информацию, связанную с производством работ.

9. Порядок сдачи-приемки выполненных работ:

9.1. В течение пяти дней с момента выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику надлежаще оформленный и подписанный со своей стороны акт выполненных работ. Акт выполненных работ подписывается уполномоченным представителем Заказчика в течение одного рабочего дня с даты его предоставления Исполнителем.

9.2. При наличии мотивированного отказа заказчика от приемки выполненных работ заказчиком в течение 10 дней с даты выполнения работ составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием контрольных сроков их устранения.

9.3. Датой надлежащего исполнения обязательств исполнителем считается дата подписания акта выполненных работ уполномоченным представителем Заказчика.

Главный врач



Е.В. Ермакова